

# 福州市长乐区卫生健康局

长卫审批〔2024〕2号

## 福州市长乐区卫生健康局 关于董中海口腔诊所放射诊疗建设项目 职业病危害防护设施竣工验收的批复

董中海口腔诊所：

你单位关于放射诊疗（医用 X 射线影像诊断）建设项目职业病防护设施竣工验收申请书及相关材料收悉。根据福建宏邦检测技术有限公司关于《董中海口腔诊所 X 射线影像诊断建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告表》（KP23350049A）的评价结论及现场竣工验收审查意见，结合现场审查结果，准予该项目的职业病危害防护设施正式投入使用。请按照有关规定申请放射诊疗许可，取得《放射诊疗许可证》后方可开展放射诊疗工作。

此复。

附件：董中海口腔诊所放射诊疗（医用 X 射线影像诊断）职

职业病危害防护设施竣工验收的项目类别清单

福州市长乐区卫生健康局

2024年2月6日



---

抄送：福州市卫生健康委员会审批处，福州市长乐区卫生计生监督所，  
福州市长乐区文岭镇卫生院。

---

福州市长乐区卫生健康局办公室

2024年2月6日印发

---

附件：

董中海口腔诊所放射诊疗（医用 X 射线影像诊断）职业病  
危害防护设施竣工验收的项目类别清单

序号	装置名称	型号	生产厂家	出厂编号	主要参数	所在场所
1	口腔颌面 锥形束计 算机体层 摄影设备	SS-X901 ODPro-3 DE	合肥美亚光 电技术股份 有限公司	61103 00503 742	90kV; 10mA	诊所一层 口腔 CBCT 机 房